



INDUMENTI DI COMPRESSIONE

Gli indumenti elastocompressivi sono uno strumento indispensabile per la stabilizzazione dell'edema linfatico. L'impiego può essere solo diurno o solo notturno a seconda delle caratteristiche costruttive.



INDUMENTI DI COMPRESSIONE MARCA COMFIWAVE
CLASSE DI COMPRESSIONE 1
ideali anche per il riposo notturno



GAMBALE



ARTO INFERIORE



COSCIA E ADDOMINALI



MANICOTTO



MANICOTTO CON SEMIGUANTO



AVAMBRACCIO CON GUANTO COMPLETO



GUANTO



BUSTO CON ZONA MAMMELLARE

FORNITORI VARI come per esempio:

JOBST – JUZO – MEDI – CIZETA

Classe di compressione 1

- . Calotta a completamento del gambale, disponibile a 4 o 5 dita**
- . Testa/collo**



GLI STESSI FORNITORI CITATI FORNISCONO GLI INDUMENTI DI COMPRESSIONE ILLUSTRATI NELLE PAGINE PRECEDENTI CON CLASSE DI COMPRESSIONE DA 2 A 4 e con colorazioni diverse, in alcuni casi anche con fantasie diverse per il paziente femminile. Alcuni producono la calza con calotta incorporata e il manicotto con guanto incorporato.

QUESTI INDUMENTI, A TRAMA PIATTA, COSTITUISCONO L'INDISPENSABILE INDUMENTO POST TRATTAMENTO

CON I LEA PUBBLICATI ALCUNI SONO PRESCRIVIBILI DALLO SPECIALISTA:

- 04.06.06.003 guaina per arto superiore 2° classe di compressione (23 - 32 mmHg)
- 04.06.06.006 guaina per arto superiore 3° classe di compressione (34 - 46 mmHg)
- 04.06.06.009 guaina per arto superiore 4° classe di compressione (> 49 mmHg)
- 04.06.06.012 guaina per arto inferiore 2° classe di compressione (23 - 32 mmHg)
- 04.06.06.015 guaina per arto inferiore 3° classe di compressione (34 - 46 mmHg)
- 04.06.06.018 guaina per arto inferiore 4° classe di compressione (> 49 mmHg)

I codici indicati sono da riportare sulla ricetta a cura dello specialista (fisiatra)

**INDUMENTI DI COMPRESSIONE MARCA MEDI Modello CIRCAID
CLASSE DI COMPRESSIONE VARIABILE
ideali per il riposo notturno**



**QUESTI INDUMENTI SONO PARTICOLARMENTE INDICATI PER COLORO CHE HANNO DIFFICOLTA' AD
INDOSSARE L'AUSILIO ELASTOCOMPRESSIVO**

**Purtroppo i LEA non dispongono la fornitura di tutti gli elementi
di compressione necessari ed evidenziati nelle illustrazioni
sopra riportate**

Le illustrazioni sono a titolo puramente indicativo ed esplicativo